

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2024

**YÊU CẦU BÁO GIÁ (SỐ 161)**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu dự kiến: Mua sắm dây hút dịch, chạc ba có dây nối và ống thông tiểu của Bệnh viện Phụ Sản năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược- Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Địa chỉ email: tmsduoc.bvps24@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 19 tháng 6 năm 2024

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Tên hàng hóa hoặc trưng trưng	Số lượng dự kiến	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật
1	Dây hút dịch phẫu thuật loại dài	1.200	Cái	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế nguyên sinh không chứa DEHP. Dây hút dịch phẫu thuật được kết cấu gồm 02 phần, co nối và ống dây. ống dây có đường kính trong là 6mm, đường kính ngoài là 10mm. Hai đầu dây được gắn 02 co giúp kết nối dễ dàng, thuận tiện và chắc chắn với thiết bị. Chiều dài 3,6m, thành ngoài ống dây có rãnh, có độ đàn hồi tốt chịu được áp lực âm cao (-75kpa). Có kèm 01 sâu nối, 01 kẹp và được tiệt trùng bằng khí EO.



				Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015 hoặc tương đương
2	Dây hút dịch phẫu thuật	11.000	Cái	<p>Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh.</p> <p>Đường kính ngoài ống: 7.7 - 10.5 mm.</p> <p>Đường kính trong ống: 5 - 7.7 mm.</p> <p>Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị.</p> <p>Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 hoặc tương đương</p>



5	Ống thông tiểu 2 nhánh số 14	8.000	Cái	<p>Kích thước bóng: 30cc Số: 14 Fr ( đường kính trong 4.7mm). Chiều dài 40 ± 1cm Tốc độ dòng chảy: ≥100ml/ phút. Độ mờ của lòng ống bên trong cho phép quan sát vị trí bóng và theo dõi lượng dịch bên trong của ống thông. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon thành ống dày chống gãy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng cân đối có 2 nhánh, chất liệu latex phủ Silicon và ABS, không có chất DEHP. Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016 hoặc tương đương.</p>
---	------------------------------	-------	-----	---


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.</li> <li>- Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng</li> </ul>
Yêu cầu vận chuyển	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng</li> </ul>

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Yêu cầu về báo giá: Nhà thầu gửi Yêu cầu báo giá (01 bản) đầy đủ các thông tin hàng hóa để Bệnh viện có căn cứ xây dựng gói thầu.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không. ✓

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi;
- Lưu: Dược.



**GIÁM ĐỐC**  
PGS.TS.BS *Vũ Văn Lâm*