

Hải Phòng, ngày 16 tháng 07 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ (SỐ TM716.2)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu dự kiến: Mua sắm hóa chất xét nghiệm định lượng HCG+Beta cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas của Bệnh viện Phụ sản năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản
- Cách thức tiếp nhận:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược- Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)
Địa chỉ email: tmsduoc.bvps24@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 16 tháng 07 năm 2024 đến trước 17h ngày 25 tháng 07 năm 2024
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày nhận được báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

ST T	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Đặc tính kỹ thuật
1	Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG+beta	Hộp	115	Thuốc thử xét nghiệm định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị beta hCG trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: - Vi hạt phủ Streptavidin, 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL. - Thuốc thử 1, 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu biotin (chuột) 2.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L; pH 7.5. - Thuốc thử 2, 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hCG (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L; pH 6.5. Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương. Tương thích với hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Cobas Sản xuất tại một trong các nước thuộc nhóm G7

2	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+beta	Hộp	3	<p>Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+ β, đóng gói dưới dạng bột đông khô.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gồm 4 lọ thuốc thử (2 lọ mẫu chuẩn 1 + 2 lọ mẫu chuẩn 2) - Thành phần: Kích tố sinh dục màng đệm của người (từ nước tiểu) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 1.5 mIU/mL và khoảng 2000 mIU/mL) trong hỗn hợp đệm huyết thanh người. <p>Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương. Tương thích với hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Cobas Sản xuất tại một trong các nước thuộc nhóm G7</p>
---	------------------------------------------------	-----	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	<ul style="list-style-type: none"> - Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. - Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Yêu cầu vận chuyển	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Yêu cầu về báo giá: Nhà thầu gửi Yêu cầu báo giá (02 bản) đầy đủ các thông tin hàng hóa để Bệnh viện có căn cứ xây dựng gói thầu.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không. ✓

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi;
- Lưu: Dược.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
PGS.TS.BS *Vũ Văn Lâm*