

Hải Phòng, ngày 01 tháng 07 năm 2024

**YÊU CẦU BÁO GIÁ (SỐ TM 701.6 )**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu dự kiến: Mua sắm Vật tư hoá chất sử dụng trong hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Phụ Sản năm 2024-2025 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược- Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Địa chỉ email: tmsduoc.bvps24@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến trước 17h ngày 10 tháng 07 năm 2024

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa: (Phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	- Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. - Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Yêu cầu vận chuyển	- Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực



4. Yêu cầu về báo giá: Nhà thầu gửi Yêu cầu báo giá (01 bản) đầy đủ các thông tin hàng hóa.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không. ✓

*Nơi nhận:*

- Nơi kính gửi;
- Lưu: TMSKD.

**GIÁM ĐỐC**



**GIÁM ĐỐC**  
PGS.TS.BS *Vũ Văn Lâm*

## PHỤ LỤC

STT	Tên hàng hoá hoặc tương đương	Số lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật
1	Bơm tiêm 1ml, tiệt trùng	11	Hộp	Dùng trong kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Đầu bơm có gắn sẵn kim tiêm, không chứa dầu và các chất độc hại ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Dung tích: 1ml, có chia vạch. Tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO, CE hoặc tương đương
2	Bơm tiêm 10ml đầu xoắn	90	Hộp	Dùng trong quá trình chọc hút trứng trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Đầu bơm có rãnh xoắn, không chứa dầu và các chất độc hại ảnh hưởng đến chất lượng trứng/ phôi. Dung tích: 10ml, có chia vạch. Tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO, CE hoặc tương đương



