

Hải Phòng, ngày 03 tháng 09 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ (SỐ TM 903.2)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu dự kiến: Mua sắm Hoá chất xét nghiệm của Bệnh viện Phụ Sản năm 2024-2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược- Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)
Địa chỉ email: tmsduoc.bvps24@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 03 tháng 09 năm 2024 đến trước 17h ngày 12 tháng 09 năm 2024
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa
1	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin	Hộp	- Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng prolactin trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Thành phần: Gói thuốc thử chính Atellica IM PRL ReadyPack® -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng prolactin đa dòng ở dê (~0,16 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; natri azit (0,11%); - Pha rắn: Kháng thể kháng prolactin đơn dòng ở chuột (~3,67 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; - Khoảng đo: 0,30–200,00 ng/mL (6,36–4240,00



			μIU/mL)
2	Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA	Hộp	- Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt trong huyết thanh người - Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng PSA đa dòng ở dê (~77 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đậm; -Pha rắn: Kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột (~25 μg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đậm; - Khoảng đo: 0,01–100,00 ng/mL (μg/L)
3	Dung dịch rửa để làm sạch hệ thống miễn dịch	Hộp	Dung dịch tẩy rửa hệ thống - Thành phần: Sodium hypochlorite (0.29%) - Bảo quản: 2 - 30°C

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	<ul style="list-style-type: none"> - Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. - Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Yêu cầu vận chuyển	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Yêu cầu về báo giá: Nhà thầu gửi Yêu cầu báo giá (01 bản) đầy đủ các thông tin hàng hóa.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không. ✓

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi;
- Lưu: TMSKD.



GIÁM ĐỐC
PGS.TS.BS *Vũ Văn Lâm*



