

Hải Phòng, ngày 02 tháng 8 năm 2024

**YÊU CẦU BÁO GIÁ (SỐ TM802.2)**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu dự kiến: Mua sắm hóa chất xét nghiệm đo khí máu của Bệnh viện Phụ Sản năm 2024-2025 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược- Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Địa chỉ email: tmsduoc.bvps24@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 02 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 13 tháng 8 năm 2024

*(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)*

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.</li><li>- Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng</li></ul>
Yêu cầu vận chuyển	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng</li></ul>

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Yêu cầu về báo giá: Nhà thầu gửi Yêu cầu báo giá (01 bản) đầy đủ các thông tin hàng hóa để Bệnh viện có căn cứ xây dựng gói thầu.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không. ✓


**Nơi nhận:**

- Nơi kính gửi;
- Lưu: TMSKD.

**GIÁM ĐỐC**



**GIÁM ĐỐC**  
*PGS.TS.BS Vũ Văn Lâm*



## PHỤ LỤC

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Cartridge đo khí máu 9 thông số	Hóa chất phân tích 9 chỉ số đo khí máu: pH, pO <sub>2</sub> , pCO <sub>2</sub> , Hct, Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Ca <sup>++</sup> , Glucose, Lactate. Thành phần Cartridge bao gồm: 3 túi dung dịch kiểm soát quy trình, 1 túi dung dịch tham chiếu và túi đựng chất thải, thẻ cảm biến, van phân phối, ống bơm, kim hút mẫu. Có tích hợp chương trình quản lý chất lượng thông minh. Hóa chất tương thích với máy GEM Premier 3500 Hộp tối thiểu 75 test Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương	Hộp	30
2	Hộp hóa chất chuẩn	Hộp hóa chất chuẩn 3 mức độ Thành phần: Mỗi ống khoảng 2 ml chứa dung dịch bicarbonat đệm trong nước có chứa muối vô cơ, chất nhuộm thích hợp, chất chống đông máu. Hộp tối thiểu 60 ml (3x10x2ml) Hóa chất tương thích với máy GEM Premier 3500 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp	4

